



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària
Sub-direcció General d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques
Travessera de les Corts, 131-156
Tel. 93 2272900
08028 Barcelona
sgaias.salut@gencat.cat

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Número: 03369/15829/2017
Data: 02/11/2017 14:31:47

Registre de sortida

Gerent
Institut Guttmann
Camí Cant Ruti, s/n
08916 Badalona

Senyor,

Dins del Programa Preventiu d'inspecció sanitària de les instal·lacions de radiodiagnòstic, d'acord a l'article 18 del RD 1976/1999, de 23 de desembre, pel que s'estableixen els criteris de qualitat de radiodiagnòstic i com a conseqüència de la visita realitzada a les instal·lacions de l'Institut Guttmann de Badalona amb data 27 d'octubre de 2017, es va objectivar una sèrie d'àrees de millora que comprendrien les següents propostes de millora:

1. S'ha d'informar pel radiòleg tots els estudis radiogràfics incloent els estudis simples.
2. Ha de continuar desenvolupant i actualitzant els aspectes de justificació de les exploracions, de manera consensuada i amb la validació formal corresponent, amb la difusió necessària, i impulsant l'optimització de les mateixes.
3. Ha de normalitzar l'actualització del Programa de Garantia de Qualitat en Radiodiagnòstic, elaborant el Manual i marcant els objectius anuals, i fer el seu seguiment i anàlisi, tal com marca el RD 1976/1999, de manera que pugui ser objectivat documentalment el seu assoliment. De la mateixa manera, s'han d'objectivar en la realització formal de propostes de millora, i el termini per assolir-les.
4. S'han de continuar registrant les dosis impartides als pacients a les exploracions més freqüents, avançant i ampliant-les al llarg del diferents objectius anuals del programa.
5. S'ha d'elaborar el protocol per a l'avaluació de la imatge clínica i desenvolupar-lo així com la realització de l'informe de l'avaluació formal de la qualitat de la imatge obtinguda, amb les propostes de millora necessàries, cas que així sigui. Tot això amb el suport documental precís.
6. S'ha d'instaurar i fer el seguiment sistematitzat amb el corresponent anàlisi i avaluació, així com l'elaboració de propostes de millora amb els resultats obtinguts i analitzats, pel que fa la taxa de rebuig.
7. S'ha de incloure els cursos que realitza el personal de radiodiagnòstic en el programa de formació, fent èmfasis en la utilització dels equips



Generalitat de Catalunya

Departament de Salut

Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària

Sub-direcció General d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques

Travessera de les Corts, 131- 156

Tel. 93 2272900

08028 Barcelona

sgaias.salut@gencat.cat

de Rx, l'ús de noves tècniques, la formació en qualitat i protecció radiològica del pacient.

8. S'ha de continuar amb la realització del control dels nivells de radiació als llocs de treball i accessibles al públic, així com continuar impulsant específicament la justificació de les exploracions dels nens i de les gestants, així com l'avaluació de la dosi a dones embarassades.
9. El consentiment informat és inespecífic i no disposa d'informació suficient sobre el procediment a aplicar i els efectes adversos. Per tot això, s'ha de disposar de consentiment específics per als supòsit que es tracti amb informació de la tècnica i dels efectes adversos, per tal de garantir el compliment de la **Llei 21/2000**, del **29 de desembre**, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.

És per això que us demanem un cronograma de les activitats que dureu a terme per tal d'assolir aquests objectius, i una vegada realitzats ens informeu de les mesures adoptades.

Disposeu d'un termini de 15 dies per lliurar el cronograma a la seu de la nostra Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques:
Travessera de les Corts, 131-159. Barcelona 08028

Josefa Carrasco Morey

Metgessa Inspectora

Servei d'Avaluació i Inspecció d'Assistència Sanitària

Barcelona, 30 d'octubre de 2017

033675/13968/2017
RI: 959